



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023

Processo Administrativo Nº 002/2023

Tipo: AQUISIÇÃO PREGOEIRO: ANDREIA MARIA DA SILVA MELO

SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 17/05/2023 .

OBJETO: fornecimento parcelado de material de consumo, insumos, peças e instrumentais odontológicos. Para suprir as necessidades dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde da Rede Pública Municipal, vinculados ao Departamento de Atenção Básica

PARECER TÉCNICO

EMPRESA: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

CNPJ: 38.259.748/0001-86

CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - Caneta de alta rotação: Turbina fabricada em latão, utilizando liga de alpaca com tratamento da superfície interno e externo resistente a altas temperaturas em autoclave e produtos de desinfecção; recartilha desenvolvida com base em sistema digital que facilita os movimentos e garante a segurança no uso sem provocar cansaço nas mãos e pulsos; spray triplo que garante a refrigeração da área de tratamento mesmo nas situações mais difíceis; capa longa que facilita o acesso aos dentes posteriores; componentes internos projetados para resistir os ciclos de esterilização sem comprometer a qualidade e consequentemente o rendimento do instrumento; encaixe universal do tipo borden de dois furos; com rolamento de esferas de alta precisão, rotor balanceado; totalmente esterilizável em autoclave até 135°C, por mais de 1.000 ciclos; rotação máxima de 380.000 rpm; consumo de ar 34 até 37 NI/min; pressão de trabalho 2,1 a 2,3 bar fresas recomendadas; FG 19-26mm; sistema de retirada da fresa por meio do sistema Push Botton. Acompanha o produto cabos, acessórios e outros indispensáveis para o bom uso do aparelho.

Justificativa:

Pelo município, na licitação anterior ter adquirido esse material dessa marca, e não ter tido uma experiência muito boa quanto a resistência, existiu uma frequência de quebra

Recebido em 07.06.2023 Anuncio Nº 002/2023.



desses materiais, não chegando a 4 meses de uso, causando suspensão do atendimento, nos trazendo transtorno diante da demanda de cada unidade de saúde. ; “componentes internos projetados para resistir os ciclos de esterilização sem comprometer a qualidade e conseqüentemente o rendimento do instrumento”. Assim considero a proposta incompatível com os requisitos mínimos exigidos.

Cupira, 07 de junho de 2023

Flávia Tatiana Santos Melo

CPF Nº. 756.149.424-20

