



ESCLARECIMENTO

PROCESSO NÚMERO: Nº 009/2025

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025

Aquisição de medicamentos e material de consumo médico Hospitalar

Assunto: Solicitação de esclarecimento dos itens 459 e 460

Vimos por meio deste esclarecer que os itens questionados estão mencionados na planilha do Edital publicado, consta as seguintes descrições:

459	487454	Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Poliamida Preto Modelo Fio: Monofilamentar Diâmetro Fio: 2-0 Comprimento Fio: Cerca De 45 CM Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida Comprimento Agulha: Cerca De 40 MM Esterilidade: Estéril Apresentação: Embalagem Individual, caixa com 24 unidades.
460	487446	Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Nylon / Poliamida Preto Modelo Fio: Monofilamentar Diâmetro Fio: 3-0 Comprimento Fio: Cerca De 45 CM Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida Comprimento Agulha: Cerca De 35 MM Esterilidade: Estéril Apresentação: Embalagem Individual, caixa com 24 unidades.

Estamos a disposição para mais questionamento que queira realizar.

Cupira, 30 de abril de 2025

EMERSON ANTONIO DA SILVA GOMES

FARMACÊUTICO

Dr. Emerson Antonio da Silva Gomes
Farmacêutico
CRF: 04341



Esclarecimentos PE Medicamento...

OK



Esclarecimentos - Processo 002/2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DE CUPIRA

Requerimento

Criado em Texto

Arq. escl. Endereço

28/04/2025 14:15 Prezados, boa tarde! Poderiam esclarecer qual o tipo e modelo de agulha dos itens 459 e 460?

Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em Texto Arq. resp. Endereço

Não há arquivo anexado.



Secretaria de Saúde de Cupira

Avenida Etelvino Lins, s/n - Centro - Cupira - PE
CEP 55460-000 | CNPJ 11.472.475/0001-05

www.cupira.pe.gov.br